

Винты с низкопрофильными головками Arthrex

DFU-0125-7, РЕДАКЦИЯ 0 SE0086

А. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Винты с низкопрофильными головками Arthrex – это самонарезающиеся винты с головкой. Они выпускаются с полностью или частично нарезанной резьбой и могут быть сплошными или канюлированными. Выпускаются винты диаметром от 1,0 до 6,7 мм и длиной от 6 до 120 мм (с шагом в 1, 2 или 5 мм).

В. ПОКАЗАНИЯ

Винты Arthrex Mini CFS (комплексная система фиксации) (1,0 – 2,4 мм)

предназначены для использования при отдельных видах травм, при проведении восстановительных процедур и в общей хирургии кисти, запястья и других небольших костей. Винты могут использоваться с пластинами комплексной системы фиксации Arthrex (1,4 – 2,4 мм).

Винты Arthrex Mini CFS (2,0 – 2,4 мм) предназначены для фиксации переломов, при остеотомиях, несращениях, реплантациях и соединениях мелких костей и мелких костных фрагментов, особенно при остеопении костей кисти, запястья, стопы и лодыжки. Винты могут использоваться с пластинами комплексной системы фиксации Arthrex (2,0 – 2,4 мм).

Винты с низкопрофильными головками Arthrex (сплошные, диаметром 2,0 – 3,0 мм) предназначены для использования в качестве отдельных костных винтов или в системе с пластиной для внутренней фиксации кости при переломах, соединениях, остеотомиях и несращении переломов лодыжки, стопы, кисти или запястья. При использовании совместно с пластиной винты могут применяться в сочетании с низкопрофильными пластинами Arthrex для малых фрагментов кости, пластинами для фиксации дистальных отделов конечностей, пластинами с сетчатой структурой и пластинами для фиксации дистального отдела лучевой кости. Только для винтов диаметром 2,7 мм: используются с интрамедуллярными стержнями.

Винты с низкопрофильными головками Arthrex (канюлированные, диаметром 2,0 – 3,0 мм) предназначены для использования в качестве отдельных костных винтов для внутренней фиксации кости при переломах, соединениях, остеотомиях и несращении переломов лодыжки, стопы, кисти или запястья.

Винты с низкопрофильными головками Arthrex (сплошные, диаметром 3,5 мм и более) предназначены для использования в качестве отдельных костных винтов или в системе с пластиной для внутренней фиксации кости при переломах, соединениях, остеотомиях и несращении переломов лодыжки, стопы, кисти, запястья, ключицы, лопатки, локтевого отростка, плеча, лучевой кости, локтевой кости, большой берцовой кости, пяточной кости, бедренной кости и малой берцовой кости. При использовании совместно с пластиной винты могут применяться в сочетании с низкопрофильными пластинами Arthrex для малых фрагментов кости, пластинами для фиксации для переломах, пластинами для фиксации дистальных отделов конечностей, пластинами для фиксации дистального отдела лучевой кости, пластинами для фиксации кости при переломах плеча и пластинами для остеотомии.

Винты с низкопрофильными головками Arthrex (канюлированные, диаметром 3,5 мм и более) предназначены для использования в качестве отдельных костных винтов для внутренней фиксации кости при переломах, соединениях, остеотомиях и несращении переломов лодыжки, стопы, кисти, запястья, ключицы, лопатки, локтевого отростка, плеча, лучевой кости, локтевой кости, большой берцовой кости, пяточной кости, бедренной кости и малой берцовой кости.

Канюлированные фиксирующие винты с отверстием Arthrex (канюлированные, диаметром 4,0 мм) предназначены для использования в сочетании с пластиной для внутренней фиксации кости при переломах костей плеча. Эти винты используются с пластинами Arthrex для фиксации при переломах плечевой кости. При необходимости с помощью данного винта возможно обеспечение дополнительной аугментации. **Данные винты предназначены для распространения только в странах-членах ЕС.**

Тупоконечные винты Arthrex предназначены для использования в качестве отдельных костных винтов для внутренней фиксации кости при переломах, соединениях, остеотомиях и несращении переломов лодыжки, стопы, кисти, запястья, ключицы, лопатки, локтевого отростка, плеча, лучевой кости, локтевой кости, большой берцовой кости, пяточной кости, бедренной кости и малой берцовой кости. В сочетании с шовным материалом FiberTape® их можно использовать для лечения переломов надколенника.

С. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Недостаточное количество или качество костной ткани.
2. Недостаточное кровоснабжение и ранее перенесенные инфекционные заболевания, которые могут замедлить процесс заживления.

3. Чувствительность к инородному телу. Чтобы исключить имеющееся подозрение на чувствительность к инородному материалу, перед имплантацией следует провести соответствующие тесты.
4. Любое острое инфекционное заболевание или недостаточное кровоснабжение.
5. Состояния, которые могут лимитировать возможность или желание пациента ограничить активность или следовать указаниям в период восстановления.
6. Использование этого устройства может оказаться неподходящим для пациентов с недостаточной или незрелой костной тканью. Перед выполнением ортопедической операции пациенту с незрелой костной тканью врач должен тщательно оценить качество костной структуры. При использовании этого медицинского изделия и размещении структурных элементов или имплантатов не следует замещать, повреждать или нарушать зону роста.
7. Использование при выполнении иных операций, помимо рекомендуемых.

D. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1. Глубокие и поверхностные инфекции.
2. Реакции на инородный материал.

E. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не используйте изделие для внутренней фиксации повторно.
2. Металлургический состав всех металлических имплантируемых изделий, используемых для данной хирургической процедуры, должен быть одинаковым.
3. После операции и до окончания заживления фиксация с помощью данного изделия должна рассматриваться как временная. Она может оказаться недостаточной для противостояния весу тела или другим неподдерживаемым нагрузкам. Фиксация, обеспечиваемая этим изделием, должна быть защищена. Необходимо строго соблюдать послеоперационный режим, предписанный врачом, чтобы не допускать нежелательных нагрузок на это изделие.
4. Важными факторами, обеспечивающими успешное использование изделия, являются предоперационные и операционные процедуры, включая знание хирургических техник, а также должный выбор и размещение изделия. Для надлежащей имплантации изделия следует использовать соответствующую систему доставки Arthrex.

5. При принятии решения об удалении изделия следует учитывать потенциальный риск для пациента, связанный с повторной операцией. После удаления изделия требуется соответствующее ведение послеоперационного периода.
6. Пациенту следует предоставить подробные указания по использованию данного изделия и связанным с ним ограничениям.
7. Если изделия были имплантированы в течение продолжительного времени, то для удаления винтов может потребоваться использование специальных инструментов.
8. Это изделие является одноразовым. Повторное использование данного изделия может привести к невозможности его функционирования по назначению и причинению вреда пациенту и/или пользователю.
9. Удаление дополнительной фиксации после заживления. Если дополнительные фиксирующие элементы не были удалены по завершении выполнения ими своих функций, возможно возникновение следующих осложнений: (1) коррозия, способная вызвать локализованную реакцию ткани или боль; (2) изменение положения имплантата, ведущее к травме; (3) риск дополнительного травмирования в результате послеоперационной травмы; (4) изгиб, отсоединение и/или поломка, которые могут сделать удаление изделия невыполнимым или затруднительным; (5) боль, дискомфорт или аномальные ощущения, обусловленные присутствием изделия; (6) возможный повышенный риск инфекции и (7) потеря костной массы в результате экранирования напряжений. Принимая решение об удалении имплантата, хирург должен тщательно проанализировать соотношение рисков и пользы. Чтобы не допустить повторного перелома, после удаления имплантата требуется соответствующее ведение послеоперационного периода.

Г. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ)

1. Условия совместимости с МРТ

Доклинические испытания и электромагнитное моделирование in vivo показали, что винты с низкопрофильными головками Arthrex совместимы с МРТ при соблюдении определенных условий. Пациент с этим изделием может безопасно проходить МРТ сразу после установки изделия при следующих условиях:

- магнитная индукция статического магнитного поля только 1,5 Тл и 3 Тл;
- максимальный пространственный градиент магнитного поля не более 3000 Гс/см;

- максимальное зарегистрированное воздействие системы MPT: усредненный удельный коэффициент поглощения (SAR) для всего тела 1 Вт/кг в течение 15 минут сканирования в нормальном рабочем режиме системы MPT;
- ожидается, что при указанных условиях сканирования максимальное повышение температуры винтов с низкопрофильными головками Arthrex составит 6°С после непрерывного сканирования в течение 15 минут.

а. Информация об артефактах

При проведении доклинических исследований артефакт изображения, вызванный винтами с низкопрофильными головками Arthrex при использовании системы MPT 3 Тл, может распространяться на расстояние приблизительно до 120 мм от этого имплантата при последовательности импульсов градиент-эхо.

G. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. До проведения любой операции хирургу рекомендуется проанализировать хирургическую технику, применимую к конкретному устройству. Компания Arthrex предоставляет подробные сведения о хирургических техниках в виде печатных материалов, видео и в электронной форме. Подробная информация о хирургической технике и иллюстративные материалы также доступны на веб-сайте компании Arthrex. Вы также можете обратиться к представителю компании Arthrex с просьбой о проведении демонстрации в вашем учреждении.
2. Необходимо использовать сверло, соответствующее размеру винта.
3. В результате неполной установки отвертки в головку винта или ее перекоса по отношению к винту отвертка или сверло могут быть повреждены.
4. **Только при использовании винтов QuickFix™:** не рекомендуется изгибать установочный штифт при его извлечении из головки винта. Установка винтов должна производиться вручную, а не электрифицированным инструментом.

H. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1. Изделия компании Arthrex подлежат приемке, только если заводская упаковка и маркировка не нарушены.
2. Обратитесь в службу поддержки клиентов, если упаковка была вскрыта или повреждена.

3. Все символы, используемые при маркировке, а также название, описание и стандартный номер можно найти на нашем веб-сайте по адресу www.arthrex.com/symbolsglossary.

I. ВАЛИДАЦИЯ

Рекомендуемые в данной инструкции по применению (ИПП) очистка, дезинфекция и методы стерилизации были валидированы в соответствии с государственными и международными руководствами/стандартами. В соответствии со стандартом ISO 17665, для валидации процесса стерилизации был использован подход избыточной обработки с показателем гарантированного уровня стерильности (УС) 10^{-6} . Оборудование и материалы для очистки, дезинфекции и стерилизации отличаются по своим рабочим характеристикам. Таким образом, в обязанности учреждения/конечного пользователя входит выполнение соответствующих валидационных испытаний любого применения, выходящего за рамки рекомендуемых рабочих характеристик.

В соответствии со стандартами EN ISO 17664 и AAMI TIR30, для изделия были установлены предельные значения и средства мониторинга химических веществ, оставшихся после очистки. Согласно валидационному протоколу с целью оценки остаточного содержания чистящих веществ после процессов очистки и дезинфекции, выполненных вручную или с использованием механического (автоматизированного) процесса, был использован клинически значимый метод проверки безопасности этих веществ. Чтобы убедиться в отсутствии влияния остаточных веществ на последующие стадии процесса, в качестве воды для последней промывки была использована деионизированная (критическая) вода.

Повторная обработка оказывает на эти изделия минимальное воздействие. Окончание срока службы определяется, как правило, на основании износа и повреждений, являющихся результатом предусмотренного применения. Пользователь берет на себя обязательства и несет ответственность за использование поврежденного или загрязненного изделия.

Не допускается повторное использование изделия с маркировкой «Для однократного применения». Термин «бывшие в употреблении» относится к изделиям для однократного применения, контактировавшим с костью, тканью, кровью и прочими биологическими жидкостями. Любые неиспользованные изделия, предназначенные для однократного применения, контактировавшие с костью, тканью, кровью и прочими биологическими жидкостями, **не должны подвергаться повторной обработке и подлежат утилизации**.

Указания, содержащиеся в данной инструкции по применению, были разработаны с учетом рекомендаций стандартов, указанных ниже.

- ANSI/AAMI ST79 «Подробное руководство по стерилизации паром и обеспечению стерильности в медицинских учреждениях».
- ISO 17664 «Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения повторной стерилизации медицинских изделий».
- ISO 17665-1 «Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий».
- AAMI TIR30:2011 «Свод процессов, материалов, методов испытаний и критериев приемлемости, применимых к очистке медицинских изделий многократного использования».

- AAMI ST77 «Изделия для размещения медицинского изделия многоразового использования при стерилизации».

J. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Некоторые изделия производства компании Arthrex, которые могут использоваться во время этой процедуры, поставляются нестерильными и должны пройти соответствующую очистку и стерилизацию перед использованием или повторным использованием. Все изделия подлежат очистке, дезинфекции и стерилизации перед каждым использованием; это также требуется при первом использовании нестерильных изделий после их доставки. Эффективная очистка и дезинфекция являются необходимым условием эффективной стерилизации изделий. Изделия для однократного применения **следует** очищать отдельно от загрязненных изделий.

По возможности для очистки и дезинфекции инструментов следует использовать механический (автоматизированный) процесс. Ручную очистку следует использовать только при невозможности выполнения автоматизированного процесса, при этом следует учитывать значительно более низкую эффективность и воспроизводимость результатов при использовании ручного процесса. В обоих случаях требуется выполнять этапы предварительной очистки. Ручная очистка может потребовать валидации на месте медицинским учреждением. Чтобы не допустить варьирования результатов по причине субъективного фактора, следует предусмотреть соответствующие процедуры.

I. ВЫБОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

При выборе моющего средства следует учитывать факторы, указанные ниже:

1. Пригодность чистящего средства для ультразвуковой очистки (отсутствие пенообразования).
2. Совместимость чистящего средства с инструментами. Компания Arthrex рекомендует использовать чистящие средства с нейтральным уровнем pH или ферментативные чистящие средства. Щелочные средства могут использоваться для очистки изделий в странах, в которых такое использование регламентируется нормативно-правовыми актами, либо в которых существуют опасения, связанные с передачей прионных заболеваний, таких как трансмиссивная губчатая энцефалопатия (ТГЭ) или болезнь Крейтцфельда-Якоба. **Внимание! Использование слабокислых или щелочных растворов не рекомендуется, поскольку они вызывают коррозию металлических частей и анодированного алюминия, а также разрушают полимерные пластмассы, например FEP (фторированный этилен-пропилен), ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), Ultem™, Lexan™ и Cysolac™. При использовании растворов моющих средств с уровнем pH, отличающимся от нейтрального, необходимо следить за соблюдением соответствующих этапов ополаскивания (валидируется в учреждении конечного пользователя) и нейтрализации во избежание негативного воздействия на соответствие размерам, отделку поверхности или функциональные характеристики изделия.**

Как при ручной, так и при автоматической очистке, соблюдайте указания производителя моющего средства по используемой концентрации и температуре. Применяйте только свежеприготовленные растворы. Использование очищенной/высокоочищенной воды для заключительного промывания является обязательным. Для сушки применяйте мягкую маловорсовую салфетку и/или фильтрованный воздух медицинского назначения.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Примечание. Сборка/разборка данных изделий требуется только в том случае, если необходимость этой операции указана на маркировке, в инструкции по применению или в

печатной инструкции по сборке применительно к очистке, дезинфекции и стерилизации. Если требуется разборка изделия, она должна быть выполнена перед очисткой.

1. Удалите основные загрязнения с изделия, особенно из таких областей, как сочленения и зазоры. Для этого очищайте поверхности губкой или щеткой под холодной проточной водой или протирайте безворсовой одноразовой салфеткой не менее 30 секунд.
2. Промывайте изделия не менее 1 минуты проточной водопроводной водой (при температуре менее 35 °C / 95 °F). Особое внимание следует обратить на просветы, места сочленений, зазоры и иные труднодоступные области.
3. Погрузите изделия в чистящий раствор, находящийся в ультразвуковой ванне. После погружения изделий в раствор протирайте их щеткой с мягкой щетиной не менее 1 минуты. Особое внимание следует обратить на просветы, сочленения, зазоры и иные труднодоступные области. Просветы следует протирать ершиками, длина и диаметр которых соответствуют конкретному просвету. Во время замачивания приводите в движение движущиеся части не менее пяти (5) раз (если применимо).
4. После обработки щеткой выполните воздействие ультразвуком. Замачивание и воздействие ультразвука должны продолжаться 10 минут при минимальной частоте 40 ± 5 кГц. Во время замачивания убедитесь, что изделия находятся в открытом состоянии, а чистящий раствор соприкасается с просветами на всем их протяжении.
5. Извлеките изделия из чистящего раствора и промывайте их водопроводной водой не менее 1 минуты. Тщательно и интенсивно промывайте просветы, сочленения, зазоры и иные труднодоступные области.
6. После завершения предварительной очистки конечный пользователь может использовать ручную очистку и дезинфекцию *или* механическую (автоматизированную) очистку и термическую дезинфекцию (предпочтительный вариант).

III. МЕХАНИЧЕСКАЯ (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ) ОЧИСТКА И ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Факторы, которые следует учитывать при выборе моечно-дезинфекционной машины:

- Пригодность для выполнения утвержденной программы термической дезинфекции (надлежащие время и температура выдержки, соответствующие принципу A_0).
 - Заключительная промывка выполняется очищенной (например, очищенной обратным осмосом или деионизированной, что крайне важно) водой с использованием для сушки только фильтрованного воздуха.
1. После завершения предварительной очистки загрузите изделия в моечно-дезинфекционную машину так, чтобы все конструктивные элементы изделий были доступны для очистки, создайте возможность оттока жидкости из конструктивных элементов, в которых она может задерживаться (например, шарнирные соединения должны быть открыты, а канюли/отверстия находиться в положении для оттока).
 2. Если используются щелочные моющие средства, при необходимости должен выполняться этап нейтрализации.
 3. Запустите цикл автоматической мойки моечно-дезинфекционной машины, эффективность которой имеет фундаментальное подтверждение (например, маркировку CE в соответствии со стандартом ISO 15883 или одобрение/разрешение/регистрация FDA). Ниже приведены минимальные

рекомендуемые параметры цикла мойки, использовавшиеся компанией Arthrex при валидации данных указаний.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦИКЛА МОЙКИ			
Фаза	Время рециркуляции	Температура	Моющее средство
Предварительная промывка	3 минуты	Холодная вода	Не применимо
Очищающая мойка	10 минут	В соответствии с рекомендациями производителя моющего средства	Ферментативное или щелочное моющее средство
Нейтрализующее ополаскивание (не обязательно)	2 минуты	В соответствии с рекомендациями производителя моющего средства	Нейтрализующее средство (при необходимости)
Промывка	3 минуты	Холодная вода	Не применимо
Промывка с термической дезинфекцией	5 минут	90 °C (194 °F)	Не применимо
Сушка	Не менее 6 минут или до видимых признаков высыхания	Минимум 100 °C (212 °F)	Не применимо

4. После завершения программы извлеките изделия из моечно-дезинфекционной машины и проверьте их на наличие видимых загрязнений. При наличии видимых загрязнений повторите очистку и проверьте еще раз. Если загрязнения не обнаружены, перейдите к разделу «Стерилизация».

IV. РУЧНАЯ ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

После предварительной очистки указаниям по ручной очистке и дезинфекции можно следовать в качестве альтернативы механической (автоматизированной) очистке и термической дезинфекции, если выполнение автоматизированного процесса невозможно.

1. После завершения предварительной очистки повторите этапы 1-5, указанные в разделе «Предварительная очистка» в настоящей инструкции по применению (ИПП), в том числе ополаскивание, погружение и обработку ультразвуком, а также последующее ополаскивание. Окончательное ополаскивание следует выполнять с использованием очищенной (например, очищенной обратным осмосом или деионизированной, что критически важно) воды.
2. Осмотрите изделия на предмет видимых загрязнений. При наличии видимых загрязнений повторите очистку и еще раз осмотрите изделие.

3. Замачивайте изделия в течение указанного времени замачивания (согласно инструкции изготовителя дезинфицирующего средства) в дезинфицирующем растворе так, чтобы изделия были в достаточной степени покрыты этим раствором. Убедитесь в отсутствии контакта между изделиями. Убедитесь в том, что изделие при замачивании находится в открытом положении. Во время дезинфекции приводите в движение движущиеся части не менее пяти раз (если применимо).
4. Извлеките изделия из дезинфицирующего раствора и промойте согласно инструкции производителя дезинфицирующего средства.
5. Полностью высушите изделия, используя фильтрованный воздух медицинского назначения или мягкую маловорсовую салфетку. Перейдите к разделу «Стерилизация».

К. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Данное изделие может поставляться как стерильным, так и нестерильным. Дополнительная информация указана на этикетке упаковки. Изделия, поставляемые не в стерилизованном виде, подлежат стерилизации перед использованием после очистки, дезинфекции и стерильного упаковывания, и могут быть повторно стерилизованы перед использованием (если не использовались ранее) после очистки, дезинфекции и стерильного упаковывания.

Изделия, поставляемые в стерилизованном виде, запрещено повторно стерилизовать при любых обстоятельствах.

Некоторые инструменты производства компании Arthrex, которые могут использоваться во время этой процедуры, поставляются в нестерильном виде, и требуют соответствующей очистки и стерилизации перед первым или повторным использованием. Конкретная информация приведена в документе DFU-0023-XX и стандарте ANSI/AAMI ST79.

I. СТЕРИЛЬНОЕ УПАКОВЫВАНИЕ

По отдельности. Упаковка для отдельного изделия должна быть достаточно велика, чтобы находящееся в ней изделие не создавало угрозу герметичности. Упаковывание должно выполняться с использованием пакета или обертки, соответствующих рекомендуемым спецификациям стерилизации паром, приведенным ниже. Используемая обертка должна соответствовать параметрам, характеризующим, в соответствии с руководством AAMI по двойному обертыванию или аналогичными руководствами, надлежащую обертку. Надлежащей является, например, обертка, разрешенная к применению FDA или регуляторным органом в месте применения. Изделия могут также быть помещены в утвержденный для применения жесткий стерилизационный контейнер, предназначенный для многократного применения. Жесткие контейнеры Aescular SterilContainer™ с перфорированным дном и крышками утверждены для применения с изделиями компании Arthrex, Inc.

Наборы. Если применимо, очищенные, дезинфицированные и прошедшие контроль изделия должны быть помещены в специальные лотки/биксы или в стерилизационные лотки общего назначения. Общая масса лотков/биксов не должна превышать 11,4 кг/25 фунтов (возможно применение других предельных значений, не достигающих 11,4 кг/25 фунтов). Лотки/биксы должны быть помещены в двойную обертку, соответствующую параметрам, характеризующим, в соответствии с руководством AAMI или аналогичными руководствами, надлежащую обертку. Надлежащей является, например, обертка, разрешенная к применению FDA или регуляторным органом в месте применения. Наборы могут также быть помещены в утвержденный для применения жесткий стерилизационный контейнер, предназначенный для многократного применения.

Жесткие контейнеры Aesculap SterilContainer™ с перфорированным дном и крышками утверждены для применения с наборами компании Arthrex, Inc.

В зонах, предназначенных для определенных изделий, должны находиться только эти изделия. Изделия не должны размещаться стопкой или в непосредственной близости друг к другу. В лотки или биксы следует помещать только изделия компании Arthrex. Данные валидированные указания по повторной обработке не применимы к лоткам или биксам, содержащим изделия, не предназначенные для использования с лотками или биксами компании Arthrex.

II. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Соблюдайте местные или национальные спецификации, если предъявляемые ими требования к стерилизации паром являются более строгими или более консервативными, чем перечисленные в таблице ниже. Стерилизаторы отличаются по конструкции и функциональным характеристикам. Всегда следует сверять параметры цикла и схему загрузки с указаниями производителя стерилизатора.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРОМ				
Тип цикла	Минимальная температура выдержки	Минимальное время воздействия	Минимальное время сушки¹	Минимальное время охлаждения²
Цикл предварительного вакуумирования (США)	132 °C (270 °F)	4 минуты	30 минут	30 минут
Цикл предварительного вакуумирования (Соединенное Королевство)	134 °C (273 °F)	3 минуты	30 минут	30 минут
Цикл предварительного вакуумирования³ (прионовый цикл)	134 °C (273 °F)	18 минут	30 минут	30 минут

¹ Продолжительность сушки зависит от объема загрузки и должна увеличиваться при увеличении загрузки.

² Время охлаждения зависит от используемого стерилизатора, конструкции изделия, температуры и влажности окружающей среды, а также от типа используемой упаковки. Процесс охлаждения должен соответствовать требованиям стандарта ANSI/AAMI ST79.

³ Приведены параметры повторной обработки, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), учитывающие вероятность заражения возбудителями ТГЭ / болезни Крейтцфельда-Якоба.

L. СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

Материалы указаны на этикетке упаковки. Данное изделие изготовлено из титана или нержавеющей стали.

M. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Стерильные изделия следует хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом месте. Изделие не должно использоваться после истечения срока годности.

Нестерильные металлические изделия следует хранить в чистом сухом месте. Срок хранения нестерильных изделий не ограничен. Изделия изготовлены из неразлагающегося материала. При соблюдении рекомендуемых условий хранения не ожидается возникновение каких-либо проблем, связанных со стабильностью изделия. Ответственность за хранение стерилизованных изделий в условиях, обеспечивающих сохранение стерильности инструмента до его использования, несет конечный пользователь. Стерильные упакованные изделия должны храниться в специально предназначенной для этого зоне с ограниченным доступом. Эта зона должна должным образом вентилироваться и иметь защиту от пыли, влаги, насекомых и экстремальных значений температуры/влажности. Перед открытием упаковка стерильного изделия должна тщательно осматриваться, чтобы гарантировать, что целостность упаковки не нарушена. Сохранение целостности стерильной упаковки является определяющим фактором. Если стерильная упаковка разорвана, имеет любые признаки повреждения или подверглась действию влаги, изделие или набор должны быть очищены, повторно упакованы и стерилизованы.

N. ИНФОРМАЦИЯ

До проведения любой операции хирургу рекомендуется проанализировать хирургическую технику, применимую к конкретному изделию. Компания Arthrex предоставляет подробные сведения о хирургических техниках в виде печатных материалов, видео и в электронной форме. Подробная информация о хирургической технике и иллюстративные материалы также доступны на веб-сайте компании Arthrex. Вы также можете обратиться к представителю компании Arthrex с просьбой о проведении демонстрации в вашем учреждении.